



महाराष्ट्र शासन

शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, अलिबाग, जि. रायगड.

जिल्हा सामान्य रुग्णालय परिसर, बीच रोड, लिमये वाडी, अलिबाग, जि. रायगड - ४०२ २०१

GOVERNMENT MEDICAL COLLEGE, ALIBAG - RAIGAD

DISTRICT CIVIL HOSPITAL AREA, ALIBAG BEACH ROAD, LIMYEWADI, ALIBAG DIST. RAIGAD - 402 201

Email- deangmcalibag@gmail.com

Phone No. 02141-299214

www.gmchalibag.in/gmch

जा.क्र.शावैमअ/ ENT / दरपत्रक मागणी R33y/२०२३

दिनांक. ०८ . १२ . २०२३

दरपत्रक मागणी पत्र.

प्रति,

-----,
-----,
-----.

विषय - कान नाक घसा विभागा करीता नमुद साधन/यंत्रसामुग्रीसाठी दरपत्रके मोहोरबंद लिफाफे सादर करणेबाबत.


शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, अलिबाग - रायगड, कान नाक घसा विभागसाठी नमुद उपकरण आवश्यक आहे, त्या अनुषंगाने कान नाक घसा विभागा करीता नमुद साधन/यंत्रसामुग्री ची खरेदी ही खालील नमुन्यात मोहोरबंद लिफाफा विहित मुदतीत या कार्यालयाच्या आवक शाखेत खालील अटी व शर्ती नुसार सादर करावेत.

Sr. No	Product	Specification	Price Including all Taxes
1	Brainstem Evoked Response Audiometry (BERA)	Attached	
	Total Including All Taxes		

अ.नं.

- दरपत्रक मोहोरबंद लिफाफा, दि. १४ डिसेंबर २०२३ रोजी सांयकाळी ०५.०० वाजेपर्यंत कार्यालयास पोहचतील या बेताने पाठवावे. जाहीर केल्याला तारखेनंतर अथवा कार्यालयीन वेळेनंतर आलेले दरपत्रक विचारत घेतले जाणार नाही / ग्राहय धरले जाणार नाही.
- दरपत्रक मोहोरबंद लिफाफा अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, अलिबाग, जि.रायगड यांचे नावे विहित मुदतीत कार्यालयास सादर करावा, त्याचप्रमाणे दरपत्रक मोहोरबंद लिफाफयावर "कान नाक घसा विभागा" करीता दरपत्रक लिहून सादर करावे.
- लिफाफयावर डाव्या बाजूस दरपत्रक, लिफाफा जमा करण्याचा अंतिम दिनांक, दरपत्रक धारकाच्या नावाचा शिक्का इ.नमुद असणे आवश्यक आहे.
- दरपत्रक ग्राहय कालावधी हा पुरवठा आदेश नोंदविलेल्या दिनांका पासुन १२ महिन्यांचा राहिल.

५. प्रस्तावित उदिदष्टांकरीता दरपत्रक आकारण्यात आलेले दर हे बाजारभावा पेक्षा अधिक नसावेत. सर्वात कमीतकमी दराचे दरपत्रकाचा विचार करण्यात येईल.
६. सदर उदिदष्टांची किंमत, सर्व करांसहीत एकुण किंमत अशी दर्शविण्यात यावी. दरपत्रकात खाडाखोड करण्यात येवू नये.
७. दरपत्रक मोहोरबंद लिफाफ्यात सादर करावायाचे दस्ताऐवज (Documents)- अधिकृत लेटर हेडवर दरपत्रकसादर करावे. १) दुकानाचा परवाना, २) व्यवसाय नोंदणी प्रमाणपत्र, ३) जी.एस.टी.क्रमांक पत्र.
८. सदर उपकरण इतर कोणत्या ही शासकीय संस्थेस पुरवठा केल्याचे प्रमाणपत्र असल्यास प्राधान्य.
९. ज्या पात्र दरपत्रक धारकाचे दर हे न्यूनतम असतील अशा यशस्वी दरपत्रक धारकास आवश्यकते नुसार नुमद चा पुरवठा करण्याचे आदेश देण्यात येतील.
१०. अपवादात्मक परिस्थितीमुळे उक्त कोणत्याही अटीत आवश्यकतेनुसार अंशतः बदल करणे अथवा प्राप्त झालेली दरपत्रके कोणतेही कारण न देता स्वीकारणे / नाकारणे तसेच कोणतही स्तरावर खरेदी प्रक्रिया रददकरणे इ. अधिकारी संस्थाप्रमुख (अधिष्ठाता) यांनी राखून ठेवले आहेत.
११. काम पुर्ण झाल्यानंतर तीन प्रतीत देयकेही अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, अलिबाग, जि. रायगड यांचे नावाने देण्यात यावेत.
१२. देयकाची अदायगी ही शासनाकडून अनुदान प्राप्त होण्याच्या अधीन राहून करण्यात येईल. देयक अदा करण्यास विलंब झाल्यास त्यावर कोणत्याही प्रकारचे विलंब शुक्ल अदा केले जाणार नाही.
१३. वरील नमुद वस्तुंची नग संख्या ही मा. अधिष्ठाता यांच्या आदेशान्वये / प्रशासकीय उपलब्धतेनुसार कमी किंवा वाढवली जाऊ शकते.
१४. पुरवठाधारकाचे पुर्ण नाव, भ्रमणव्धनी आणि संपुर्ण पत्ता, संकेतांक क्र. (Email address along with Website) हा Envelope वर नमुद असणे अर्निवार्य आहे.


 अधिष्ठाता,
 शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय,
 Gov अलिबाग-रायगड: Collage

प्रत - शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, तसेच जिल्हा सामान्य रुग्णालय, अलिबाग-रायगड यांच्या सुचना फलकावर दरपत्रक मागविण्या संदर्भात दिनांक ०८ डिसेंबर २०२३ सुचना देण्यात आल्या आहेत.

BERA (HIGH END)

Clinical purpose	<ul style="list-style-type: none">• In Congenital Deafness screening• Objective testing of hearing in children• Pre-op investigation in Cochlear implant surgeries
Used by clinical department/ward	ENT Department
SPECIFICATIONS	<p>COST- APPROX. INR 8-9 LAKHS</p> <ul style="list-style-type: none">• Must be a Single Portable unit with possibility of all tests suitable for diagnostic BERA.• Device should be a diagnostic unit suitable for measurement of hearing loss in patients for auditory pathway impairment.• Should be possible to measure auditory evoked potential with Two Channel ABR• Number of channels should be 2.• Input Voltage range should be 20μV to 50mV.• Sampling rate should be 200Hz- 80000 Hz.• A/D converter should be 16 bits.• Input impedance should not be less than 90MΩ.• Impedance measurement range should be 0-25 kΩ.• Low Pass Filter range should be 10-10000Hz.• High Pass Filter range should be 0.01-5000Hz.• Notch filter 50 or 60Hz (switchable) should not be less than 40dB.• Notch Filter type should be Adaptive and Recursive.• Common mode rejection should not be less than 100dB.• Masking Type should be Stimulus Relative and Absolute Value.• Masking Noise intensity should be 0 to 127 dB SPL (stimulus relative). <p>Software: -</p> <ul style="list-style-type: none">• Should be able to present the stimulus in units of dBSPL, dBnHL and dBHL.• Should be able to create customizable and user defined report templates.• Should create reporting in Microsoft word & PDF.• Should have the feature of Auto marking.• Should create customizable protocols to perform diagnostic BERA automatically within different intensity levels in Left and Right both side.• Should have feature for create customizable and user defined templates.• Should have special zoom mode. Zoom any part of trace without changing the scale of all the traces. <p>Hardware: -</p> <ul style="list-style-type: none">• Should be portable and to be supplied with table mounting stand.• Main unit should have separate connector for transducers.

Shampa

DR. SHAMPA MISHRA
ASSISTANT PROFESSOR
DEPT. OF ENT
MMC-2019/08/5772
GMC, AURANG

	<ul style="list-style-type: none"> • Unit should have touch proof connector for EP electrodes. • Unit should have in built Amplifier. • Unit should run from USB port of laptop/desktop, without separate connection to mains 220 V power supply to avoid supply voltage artifacts. • It should take power through USB from Laptop or desktop. • It should have facility to indicate impedance in hardware as well as software. <p>General Specification: -</p> <ul style="list-style-type: none"> • Supply voltage of main device should be 5V DC. • Main unit weight should not be more than 1 kg. • Should be supplied with (Laptop or Desktop) PC with colour Laser Printer, and with all accessories for above tests. • Should be European -CE & US-FDA approved
--	--

DR. SHAMPA MISHRA
ASSISTANT PROFESSOR
DEPT. OF ENT
MMC-2019/08/5772
GMC, ALIBAG

DR. SHAMPA MISHRA
ASSISTANT PROFESSOR
DEPT. OF ENT
MMC-2019/08/5772
GMC ALIBAG